

Mindesthaltbarkeit

Für Reiniger, Penetriermittel und Entwickler der Prüfsysteme

MET-L-CHEK, Standard-Chek, NORD-TEST und 3-D Laserscanning Entspiegelungsspray

sowie schwarzer und fluoreszierender MT-Prüfmittel einschließlich Untergrundfarbe.

Hiermit sichern wir eine Mindesthaltbarkeit von 4 Jahren für original verschlossene Gebinde sowie unangebrochene Sprühdosen der oben genannten Prüfmittel bei sachgemäßer, d.h. kühler, aber frostfreier und trockener Lagerung zu. Der Stempel auf der Unterseite der Spraydose setzt sich zusammen aus der fünfstelligen Chargennummer und dem Abfülldatum (Chargennummer/Monat/Jahr).

Gleichzeitig weisen wir auf die in den relevanten Normen geforderte Überprüfung des jeweiligen Prüfsystems auf seine normgerechte Funktion hin.

Es ist deshalb sinnvoll, vor Beginn einer Prüfung das Prüfsystem auf seine Leistung unter Verwendung eines geeigneten Testkörpers, z.B. des Kontrollkörpers 2 bei PT bzw. des Vergleichskörpers 1 bei MT zu untersuchen und das Ergebnis zu dokumentieren.

HELLING GmbH

März 2016



Nathanael Riess

